

ŽELJEZNI KLORID, OTOPINA

IVD In vitro dijagnostički medicinski proizvod **CE**

Za primjenu kod bojenja u Fouchet-Van Gieson kompletu UPUTA ZA RUKOVANJE

REF Kataloški broj: FK-OT-100 (100 mL)

Uvod

Fouchet-Van Gieson komplet koristi se za istovremenu vizualizaciju bilirubina i kolagena u histološkim preparatima. Bilirubin je žuto smeđi pigment koji nastaje razgradnjom hemoglobina. Razgradnja hemoglobina događa se u koštanoj srži, slezeni i jetri. U jetri pacijenata koji boluju od žutice, bilirubin se nakuplja poput tromba u žučnim kanalićima i u obliku granula u hepatocitima i citoplazmi Küpferovih stanica. Pigment je netopiv u vodi i vodenim fiksativima, međutim prilikom predugog izlaganja formalinskim fiksativima može promjeniti boju u zelenu. Boja koja nastaje u reakciji prilikom bojenja Fouchet-Van Gieson kompletom posljedica je jake oksidoreduktivnosti kompleksa i poslijedično pretvorbe u biliverdin koji je zelene boje. Lažno pozitivna reakcija može se provjeriti s HemoGnost Perls kompletom, gdje će Perls reakcija uvijek biti negativna za bilirubin.

Opis proizvoda

- **ŽELJEZNI KLORID, OTOPINA** – vodena otopina Željezovog klorida heksahidrata

Primjer primjene Željezni klorid, otopine kao komponente Fouchet-Van Gieson kompleta

Ostali preparati i reagensi koji mogu biti upotrijebeni u metodi bojanja:

- Sredstvo za fiksaciju poput BioGnostovih neutralno puferiranih otopina formaldehida: Formaldehid NB 4%, Formaldehid NB 10%
- Sredstvo za dehidraciju/rehidraciju poput BioGnostovih alkoholnih otopina: Histanol 70, Histanol 80, Histanol 95 i Histanol 100
- Sredstvo za prosvijetljavanje poput BioClear ksilena ili supstituta poput BioClear New sredstva na bazi alifatskih ugljikovodika
- Sredstvo za infiltraciju i uklapanje poput BioGnostovih granuliranih parafina BioWax Plus, BioWax 56/58, BioWax Blue
- Predmetna stakla visoke kvalitete za primjenu u histopatologiji i citologiji poput VitroGnost SUPER GRADE ili VitroGnost COLOR ili neka od tridesetak vrsta BioGnostovih VitroGnost predmetnih stakala
- BioGnostovi reagensi koji čine Fouchet-Van Gieson komplet: Trikloroctena kiselina, otopina (TKO-OT-100) i Fuchsin Acid Van Gieson reagens (FAG-OT-100)

Priprema histoloških preparata za bojanje

- Uzorak fiksirati (Formaldehid NB 4%, Formaldehid NB 10%), isprati vodom i dehidrirati kroz seriju uzlaznih alkoholnih otopina (Histanol 70, Histanol 80, Histanol 95 i Histanol 100).
- Prosvijetliti uzorak intermedijem: ksilenom (BioClear) ili supstitutom ksilena (BioClear New).
- Infiltrirati i uklopiti uzorak u parafin (BioWax 52/54, BioWax Plus 56/58, BioWax 56/58, BioWax Blue).
- Parafinski blok narezati na 4-6 mikrona tanke rezove i montirati na VitroGnost predmetno staklo.

Postupak bojenja histoloških preparata Fouchet-Van Gieson trichrome kompletom s tri reagensa od 100 mL (FVG-K-100)

Reagense uliti u posudice za bojenje (tip Coplin, Hellendahl ili Schifferdecker) te nakon bojenja vratiti u originalne bočice. Dobro zatvoriti. Prema potrebi reagense filtrirati.

1.	Deparafinacija u ksilenu (BioClear) ili supstitutu ksilena (BioClear New)	3 izmjene u trajanju od 2 minuta
2.	Rehidracija u 100%-tnom alkoholu (Histanol 100)	2 izmjene u trajanju od 5 i 3 minute
3.	Rehidracija u 95%-tnom alkoholu (Histanol 95)	2 minute
4.	Rehidracija u destiliranoj (demi) vodi	2 minute
5.	Pomiješati jednaki volumen Trikloroctene kiseline, otopine i Željezni klorid, otopinu i uroniti preparate	5 minuta
	Napomena: otopina se može koristiti još nekoliko mjeseci, međutim najbolji rezultati postižu se svježe pripremljenom otopinom	
6.	Ispiranje u destiliranoj (demi) vodi	
7.	Uroniti u Fuchsin Acid Van Gieson reagens	7 minuta
8.	Bez ispiranja, osušiti na zraku	5 minuta
9.	Dehidracija u 100%-tnom alkoholu (Histanol 100)	2 izmjene u trajanju od 1 minute
10.	Bistrenje u ksilenu (BioClear) ili supstitutu ksilena (BioClear New)*	2 izmjene u trajanju od 2 minuta

Odmah nakon bistrenja, na preparat nanijeti odgovarajuću vrstu BioMount sredstva za prekrivanje/montiranje pokrovnog stakla. Ako je korišten BioClear ksilen, upotrijebiti jedno od BioGnostovih sredstava za montiranje na bazi ksilena (BioMount, BioMount High, BioMount M, BioMount DPX, BioMount C ili univerzalni BioMount New). Ako je korišten BioClear New supstitut ksilena, odgovarajuće sredstvo za prekrivanje je BioMount New. Prekriti preparat VitroGnost pokrovnim stakлом.

*Da bi se izbjeglo blijedenje preparata (gubitak žute boje) preporučamo bistrenje u ksilenu (BioClear) te montiranje pokrovnog stakla sa BioMount DPX ili BioMount DPX New sredstvom.

Rezultat

Bilirubin – zelena boja

Kolagen – crvena boja

Mišićno tkivo, gljiva vlakna, citoplazme, rožnati epitel – žuta boja

Napomena

Vremenski periodi postupka bojenja nisu u potpunosti standardizirani te okvirno odgovaraju dugogodišnjoj kliničkoj i laboratorijskoj praksi. Intenzitet obojenja ovisi o duljini izlaganja preparata boji. Realni protokol bojenja ovisi o osobnim zahtjevima i prioritetima.

Priprema uzorka i dijagnostika

Za uzimanje i pripremu uzorka koristiti prikladne instrumente. Uzorke obraditi suvremenom tehnologijom te ih jasno obilježiti. Obavezno slijediti upute proizvođača za rukovanje. Kako bi se izbjegle pogreške, postupak bojenja i postavljanje dijagnoze mogu provoditi samo ovlaštene i stručno sposobljene osobe. Koristiti mikroskop opremljen prema standardima medicinskog dijagnostičkog laboratorija.

Zaštita na radu i zaštita okoliša

Proizvodom rukovati u skladu sa smjernicama zaštite na radu i zaštite okoliša. Korištene otopine i otopine kojima je istekao rok trajanja moraju biti zbrinute kao poseban otpad u skladu s nacionalnim smjernicama. Kemikalije korištene u ovom postupku mogu predstavljati opasnost za ljudsko zdravlje. Ispitivani uzorci tkiva potencijalno su infektivni te je nužno poduzeti potrebne mјere zaštite ljudskog zdravlja u skladu sa smjernicama dobre laboratorijske prakse. Obavezno pročitati i postupati u skladu sa znakovima obavijesti i upozorenja otisnutima na etiketi proizvoda i u BioGnostovom Sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na zahtjev.

Skladištenje, stabilnost i rok valjanosti

Željezni klorid, otopinu čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži na temperaturi od +2°C do +8°C. Ne zamrzavati i ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. Datum proizvodnje i rok valjanosti otisnuti su na etiketi proizvoda.

Literatura

1. Culling, C.F.A. (1974): Handbook of histopathological and histochemical techniques, 2 ed ed., Butterworth, London, UK.
2. Lillie, R.D. (1945): Studies on selective staining of collagen with acid aniline dyes, J. Technical Methods, 25:1
3. Sheehan D.C. et Hrapchak, B.B. (1980): Theory and Practice Histotechnology, 2nd ed., CV Mosby, St. Louis, (MO), pp 52, str. 14-167.
4. Van Gieson, I. (1889): Laboratory notes of technical methods for the nervous system, New York Med. J., 50: 57-60

FK-OT-100, V1, 22.09.2022., KB/ŠP

	Obavezno proučiti priloženu dokumentaciju
	Pročitati priloženu uputu
	Samо za <i>in vitro</i> dijagnostičku primjenu
	Temperaturni raspon čuvanja
	Čuvati od topline i sunčevog svjetla
	Broj testova u pakovanju
	Vrijedi do
	Oprez lomljivo
	Kataloški broj
	Broj serije
	Europska sukladnost
	Proizvođač

BIOGNOST d.o.o.
Medugorska 59
10040 Zagreb
CROATIA
www.biognost.com

